

FAQ - Tips en beperkingen van de Sensitest Corona Covid-19 Sneltest

1. De Sensitest Covid-19 Sneltest is een nieuw product. Het is de afgelopen 2 maanden ontwikkeld in China door een bedrijf dat al 15 jaar sneltesten ontwikkelt, waaronder sneltesten voor infectieziekten. Het is uitgebreid getest op een grote groep mensen en de eerste resultaten lijken zeer veelbelovend. Deze sneltest is CE gecertificeerd voor professioneel gebruik. Dat betekent dat deze test niet kan worden verkocht door drogisterijen aan het publiek. Een arts moet de test uitvoeren en een beoordeling geven over de testuitslag, daarin meenemend een beoordeling van de overige symptomen.
2. Er is nog niet veel gebruiksinformatie bekend. We horen graag feedback, bevindingen zodra die beschikbaar zijn. Met name over het tijdstip vanaf welke fase in de ontwikkeling van de ziekte deze test betrouwbaar kan worden uitgevoerd.
3. De betrouwbaarheid van de testuitslag zal met name afhangen van het tijdstip waarop de test wordt uitgevoerd. De eerste vroege positieve testresultaten zijn te verwachten bij patiënten die het IgM antilichaam hebben aangemaakt. Uit informatie die we nu hebben kan dat vanaf 1 tot 2 weken sinds de eerste ziekteverschijnselen zijn begonnen.
4. Waarschijnlijk geeft de test nog negatief aan bij patiënten die in de eerste dagen van koorts, droge hoest, neusverkoudheid, keelpijn of reuk/smaak verlies zitten. Je zult 1 tot 2 weken moeten wachten om een betrouwbaar testresultaat te krijgen.
5. Op dit moment wordt onderzocht of een persoon die slechts een lichte verkoudheid heeft ervaren door het Corona virus, voldoende antistoffen aanmaakt kort na het herstel om de drempelwaarde van de test te halen. Mogelijk dat na 2-3 weken opnieuw moet worden getest.
6. Mogelijk is het niet zinvol om op dit moment (eind maart/begin april 2020) personen te testen die helemaal niet ziek zijn geweest en ook niet ziek zijn. Wellicht kan dat later wel zinvol zijn als er meer bekend is.
7. Zeer waarschijnlijk geeft de test negatief aan bij mensen die nog in de incubatieperiode zitten.
8. De test kan worden ingezet om mensen op te sporen die IgG antistoffen bezitten tegen dit virus. Denk daarbij aan zorgpersoneel en personen zijn de afgelopen maanden ziek geweest met griepklachten, maar bijvoorbeeld ook met een lichte verkoudheid. Personen die nu volledig hersteld zijn zonder verdere klachten, kunnen worden getest met de Covid-19 sneltest. Als de test bij deze persoon positief aangeeft heeft hij/zij waarschijnlijk de IgG antistoffen.